

Số: /TTAL

An Lão, ngày tháng 03 năm 2026

V/v mời chào giá gói thầu mua máy
xét nghiệm huyết học tự động phục
vụ công tác khám chữa bệnh tại
Trung tâm Y tế An Lão

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp có năng lực cung cấp thiết bị y tế

Trung tâm Y tế An Lão có nhu cầu mua máy xét nghiệm huyết học tự động phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế An Lão. Trung tâm kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá với nội dung cụ thể như sau:

Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế An Lão. Địa chỉ: Thôn 6 xã An Lão tỉnh Gia Lai.

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Văn Công Mến, Phụ trách Khoa Dược - CLS. Số điện thoại: 0989.002.469 Email: khoaduocanlao@gmail.com.

I. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư lưu trữ - Trung tâm Y tế An Lão - Thôn 6 xã An Lão tỉnh Gia Lai. Đồng thời nhận qua email: khoaduocanlao@gmail.com.

1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 25 tháng 03 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 03 tháng 04 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

2. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

1. Danh mục thiết bị y tế:

| S T T | Tên hàng hóa | Cấu hình cơ bản, thông số kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
|-------------|----------------------------------|--|-------------|----------|---------|
| | Máy xét nghiệm huyết học tự động | 1. Tính năng chung Hiển thị kết quả với 03 thành phần bạch cầu (WBC), ≥ 21 thông số và 03 biểu đồ (WBC, RBC, PLT). Kích thước nhỏ gọn, hiệu quả sử dụng cao Tự động rửa khay nạp mẫu, buồng đếm và đường ống dẫn sau khi khởi động. | Máy | 01 | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>Có chế độ chuẩn tự động và bán tự động. Chế độ đếm: mẫu máu tĩnh mạch, động mạch và mẫu pha loãng. Sử dụng chất kiểm chuẩn (QC), chất hiệu chuẩn và thuốc thử thông dụng. Có đầy đủ chế độ cảnh báo, phát hiện và loại bỏ tắc nghẽn thông minh.</p> <p>2. Các thông số đo ≥ 21 thông số: WBC, Lymth, Mid, Gran, Lymth%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. 03 biểu đồ: WBC, RBC, PLT.</p> <p>3. Hóa chất sử dụng Dung dịch pha loãng: Diaton NK Diluent; Dung dịch tách bạch cầu: Dialyse cd1.6, dung dịch rửa đầu kim; Dung dịch rửa đầu dò: Cell Clenz (hoặc tương đương)</p> <p>4. Yêu cầu khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng. - Hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng. - Bảo trì thiết bị tối thiểu 3 tháng 1 lần (trong thời gian bảo hành) | | | |
|--|---|--|--|--|

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt và nội dung báo giá và các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế An Lão.

Nội dung: Chủng loại, cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật, hãng/Nước sản xuất, năm sản xuất và kèm theo catalogue...

Giá trị hàng hóa trong bản chào giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bàn giao và lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT, bao gồm chi phí máy lưu thông lên phần mềm His tại đơn vị và các chi phí khác có liên quan.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi đủ điều kiện thanh toán. (Trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

Trung tâm Y tế An Lão kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm, tham gia có thể gửi Bảng báo giá cho đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo TTYT;
- Đang tải trang TTĐT đơn vị;
- Lưu: VT, TC-HC-KT, Khoa Dược – CLS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Hữu Nhơn